

Kunden Informationsblatt

Ergänzung zur Gebrauchsanweisung ergo vac compact – Art Nr. 360901 - Stand 10/2022 – Version d- Seite 33 - 8 Fehlerbehebung – 8.1 Mögliche Fehler- Reset Funktion bei elektronischen Fehler.



Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Geräts folgende Ergänzung der Gebrauchsanweisung.

Bei der Funktion Batterieschutzmodus kann es im ungünstigsten Fall zum Sperren der Anlage kommen. Dies äußert sich so, dass die Anlage nach dem Auslösen des Batterieschutzmodus selbst nach entsprechendem Laden mit dem Netzteil nicht in den aktiven Zustand zurückgesetzt werden kann.

Dieser Zustand kann durch folgende Schritte zurückgesetzt werden:

1. Verbinden Sie die Anlage mit dem Originalnetzteil und stellen Sie sicher das die Anlage min 30 min geladen wurde.
2. Überprüfen Sie den Zustand der Anlage. Betätigen Sie die Ein/ Aus Taste. Batterie Schutzmodus ausgelöst-> linke LED blinkt. Anlage lässt sich trotz Netzverbindung nicht Starten



3. Betätigen Sie die Ein/ Aus Taste 3 x kurz hintereinander.



4. Überprüfen Sie die Funktionen der Sauganlage.



Sollte sich die Anlage nach dem Reset weiterhin nicht Starten lassen liegt wahrscheinlich eine reparaturbedürftige Störung der Sauganlage vor. Nehmen Sie die Anlage in diesem Fall außer Betrieb und senden Sie die diese zur Überprüfung an den mbnet Reparaturservice ein.